



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP HCM
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM ĐHQG HCM
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC & DẦU KHÍ

Địa chỉ: Phòng 119 B2,
268 Lý Thường Kiệt,
P.14, Q.10, Tp.HCM

Số điện thoại: 0838647256-6309

Website: <http://cepp.hcmut.edu.vn>

Email: Keylabcepp@hcmut.edu.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số:.....070.....

Trang/số trang:..... 1/2.....

I. Khách hàng: Công ty Cổ Phần Đầu Tư ROBOT

II. Địa chỉ: 308-308C Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

III. Điều kiện môi trường thử nghiệm:

Nước đầu vào : Nước máy thành phố

Nhiệt độ: 30 °C

IV. Thông tin kiểm nghiệm:

1. Tên mẫu: Nước sau khi qua Máy lọc nước điện giải ROBOT để bàn _7 tấm điện cực
2. Chỉ tiêu kiểm nghiệm: pH, nồng độ Hydrogen và ORP
3. Phương pháp thử nghiệm : Sử dụng điện cực

TRƯỜNG ĐH BÁCH
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CN HÓA HỌC

Thời gian	ROBOT để bàn_7 tấm điện cực		
Ngày 06/01/2022	Nước	pH (máy)	pH (đo)
	Kiểm 1	8,5	9,43 - 9,88
	Kiểm 2	9,0	9,73 - 9,93
	Kiểm 3	9,5	9,95 - 10,18
	Kiểm 4	10,0	10,27 - 10,47
	Kiểm 5	10,5	10,4 - 10,52
	Axit 1	5,5	5,54 - 6,01
	Axit 2	5,0	4,82 - 5,43
	Axit 3	4,5	3,90 - 4,45

1. Kết quả này không được phép sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Phụ trách PTN trọng điểm CNHH & Dầu khí.
2. Các kết quả kiểm nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu kiểm nghiệm mà khách hàng gửi.
3. Thời gian lưu mẫu là 5 ngày kể từ ngày trả kết quả. Hết thời gian lưu mẫu, PTN trọng điểm CNHH & Dầu khí không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.
4. Tên mẫu, tên khách hàng và tiêu chuẩn so sánh được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Mhuan



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP.HCM
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM ĐHQG TP.HCM
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC & DẦU KHÍ

Địa chỉ: Phòng 119 B2,
268 Lý Thường Kiệt,
P.14, Q.10, Tp.HCM
Số điện thoại: 0838647256-6309
Website: <http://cepp.hcmut.edu.vn>
Email: Keylabcepp@hcmut.edu.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Mã số:.....070.....

Trang/số trang:..... 2/2.....

Thời gian	ROBOT để bàn_7 tấm điện cực		
Ngày 06/01/2022	Nước	Hydrogen (ppb)	ORP (mV)
	Kiểm 1	342 ~ 385	-170 ~ -198
	Kiểm 2	454 ~ 476	-232 ~ -234
	Kiểm 3	600 ~ 632	-304 ~ -317
	Kiểm 4	752 ~ 770	-380 ~ -388
	Kiểm 5	810 ~ 830	-408 ~ -419

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC & DẦU KHÍ

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

NGƯỜI KIỂM NGHIỆM

PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC & DẦU KHÍ

Trần Đỗ Đạt

Xác nhận: Tôi đã nhận kết quả kiểm nghiệm trên vào ngày: Ký tên:

- Kết quả này không được phép sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Phụ trách PTN trọng điểm CNHH & Dầu khí.
- Các kết quả kiểm nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu kiểm nghiệm mà khách hàng gửi.
- Thời gian lưu mẫu là 5 ngày kể từ ngày trả kết quả. Hết thời gian lưu mẫu, PTN trọng điểm CNHH & Dầu khí không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.
- Tên mẫu, tên khách hàng và tiêu chuẩn so sánh được ghi theo yêu cầu của khách hàng.